J. MITRA & CO. PVT. LTD.

TSH QUANTI MICROLISA

QC DATA SHEET

Kit	**TSH QUANTI MICROLISA**
Lot No.	ETH010125
Mfg. Date	2025-01
Expiry Date	2026-12

Standard	Concentration (µIU/ml)	Avg. O.D. at 450/630 nm	Acceptable range of O.D.
S1	0	0.015	
S2	0.5	0.082	
S3	2.5	0.315	>0.190
S4	5.0	0.680	
S5	10.0	1.339	>0.800
S6	20.0	2.216	
S7	40.0	2.727	>1.640

Approved / Not Approved

Quality Control

Signature

Date 21-01-2025