J.MITRA & CO. PVT. LTD.

T4 QUANTI MICROLISA

QC DATA SHEET

Kit	**T4 QUANTI MICROLISA**
Lot No.	ETB031124
Mfg. Date	2024-11
Expiry. Date	2026-04

Standard	Concentration (µg/dl)	Avg. O.D. at 450/630 nm	Acceptable range of O.D.
S1	0	2.880	>1.730
S2	2.0	2.244	>1.350
S3	5.0	1.430	
S4	10.0	0.789	>0.470
S5	15.0	0.445	
S6	25.0	0.345	

Approved / ~~Not Approved~~

Quality Control

Signature

Date: 16-11-2024