# J. MITRA & CO. PVT. LTD.

## T4 QUANTI MICROLISA

### QC DATA SHEET

| | |
|---|---|
| Kit | **T4 QUANTI MICROLISA** |
| Lot No. | ETB010525 |
| Mfg. Date | 2025-05 |
| Expiry Date | 2026-10 |

| Standard | Concentration (µg/dL) | Avg. O.D. at 450/630 nm | Acceptable range of O.D. |
|---|---|---|---|
| S1 | 0 | 2.741 | >1.640 |
| S2 | 2.0 | 2.000 | >1.200 |
| S3 | 5.0 | 1.425 | |
| S4 | 10.0 | 0.781 | >0.470 |
| S5 | 15.0 | 0.415 | |
| S6 | 25.0 | 0.310 | |

Approved / ~~Not Approved~~

Quality Control

Signature

Date: 14-05-2025