J. MITRA & CO. PVT. LTD.

TSH QUANTI MICROLISA

QC DATA SHEET

Kit	**TSH QUANTI MICROLISA**
Lot No.	ETH020325
Mfg. Date	2025-03
Expiry Date	2027-02

Standard	Concentration (µIU/ml)	Avg. O.D. at 450/630 nm	Acceptable range of O.D.
S1	0	0.020	
S2	0.5	0.096	
S3	2.5	0.360	>0.220
S4	5.0	0.707	
S5	10.0	1.417	>0.850
S6	20.0	2.337	
S7	40.0	2.809	>1.690

✓

Approved / ~~Not Approved~~

Quality Control

Signature

Date: 03-04-2025