J. MITRA & CO. PVT. LTD.

TSH QUANTI MICROLISA

QC DATA SHEET

Kit	**TSH QUANTI MICROLISA**
Lot No.	ETH030625
Mfg. Date	2025-06
Expiry Date	2027-05

Standard	Concentration (µIU/ml)	Avg. O.D. at 450/630 nm	Acceptable range of O.D.
S1	0	0.013	
S2	0.5	0.076	
S3	2.5	0.291	>0.170
S4	5.0	0.767	
S5	10.0	1.420	>0.850
S6	20.0	2.156	
S7	40.0	2.624	>1.570

Approved / ~~Not Approved~~

Quality Control

Signature

Date: 17-06-2025