J. MITRA & CO. PVT. LTD.

T4 QUANTI MICROLISA

QC DATA SHEET

Kit	**T4 QUANTI MICROLISA**
Lot No.	ETB021025
Mfg. Date	2025-10
Expiry Date	2027-03

Standard	**Concentration (µg/dL)**	**Avg. O.D. at 450/630 nm**	**Acceptable range of O.D.**
S1	0	2.756	>1.650
S2	2.0	2.029	>1.220
S3	5.0	0.999	
S4	10.0	0.696	>0.420
S5	15.0	0.413	
S6	25.0	0.319	

Approved / ~~Not Approved~~

Quality Control

Signature

Date: 24-10-2025