J.MITRA & CO. PVT. LTD.

T4 QUANTI MICROLISA

QC DATA SHEET

Kit	**T4 QUANTI MICROLISA**
Lot No.	ETB010921
Mfg. Date	2021-09
Expiry. Date	2023-02

Standard	**Concentration (µg/dl)**	**Avg. O.D. at 450/630 nm**	**Acceptable range of O.D.**
S1	0	2.828	
S2	2.0	2.176	>1.310
S3	5.0	1.505	
S4	10.0	0.724	>0.430
S5	15.0	0.607	
S6	25.0	0.336	>0.200

QC **Approved** / Not Approved

Quality Control

Signature

Date 24/09/2021