## J.MITRA & CO. PVT. LTD.

## T3 QUANTI MICROLISA

### QC DATA SHEET

| | |
|---|---|
| Kit | **T3 QUANTI MICROLISA** |
| Lot No. | ETA011021 |
| Mfg. Date | 2021-10 |
| Expiry. Date | 2023-03 |

| **Standard** | **Concentration (ng/ml)** | **Avg. O.D. at 450/630 nm** | **Acceptable range of O.D.** |
|---|---|---|---|
| S1 | 0 | 2.437 | >1.460 |
| S2 | 0.5 | 1.845 | |
| S3 | 1.0 | 1.567 | >0.940 |
| S4 | 2.5 | 0.819 | |
| S5 | 5.0 | 0.494 | >0.300 |
| S6 | 7.5 | 0.304 | |

QC **Approved** / Not Approved
Quality Control

Signature
Date 23/10/2021