J.MITRA & CO. PVT. LTD.

TSH QUANTI MICROLISA

QC DATA SHEET

Kit	**TSH QUANTI MICROLISA**
Lot No.	ETH041121
Mfg. Date	2021-11
Expiry. Date	2023-04

Standard	**Concentration (µIU/ml)**	**Avg. O.D. at 450/630 nm**	**Acceptable range of O.D.**
S1	0	0.019	
S2	0.5	0.053	>0.030
S3	2.5	0.191	
S4	5.0	0.435	>0.260
S5	10.0	0.879	
S6	20.0	1.708	>1.020
S7	40.0	2.349	

QC **Approved** / Not Approved

Quality Control

Signature

Date 09/11/2021