J.MITRA & CO. PVT. LTD.

T3 QUANTI MICROLISA

QC DATA SHEET

Kit	**T3 QUANTI MICROLISA**
Lot No.	ETA021221
Mfg. Date	2021-12
Expiry. Date	2023-05

Standard	**Concentration (ng/ml)**	**Avg. O.D. at 450/630 nm**	**Acceptable range of O.D.**
S1	0	2.421	>1.450
S2	0.5	1.823	
S3	1.0	1.553	>0.930
S4	2.5	0.818	
S5	5.0	0.583	>0.350
S6	7.5	0.286	

QC **Approved** / ~~Not Approved~~
Quality Control

Signature

Date 15/12/2021