J.MITRA & CO. PVT. LTD.

T4 QUANTI MICROLISA

QC DATA SHEET

Kit	**T4 QUANTI MICROLISA**
Lot No.	ETB021121
Mfg. Date	2021-11
Expiry. Date	2023-04

Standard	**Concentration (µg/dl)**	**Avg. O.D. at 450/630 nm**	**Acceptable range of O.D.**
S1	0	2.818	
S2	2.0	2.208	>1.320
S3	5.0	1.539	
S4	10.0	0.763	>0.460
S5	15.0	0.627	
S6	25.0	0.378	>0.230

QC **Approved** / Not Approved

Quality Control

Signature

Date 24/11/2021