J.MITRA & CO. PVT. LTD.

TSH QUANTI MICROLISA

QC DATA SHEET

Kit	**TSH QUANTI MICROLISA**
Lot No.	ETH010122
Mfg. Date	2022-01
Expiry. Date	2023-12

Standard	**Concentration (µIU/ml)**	**Avg. O.D. at 450/630 nm**	**Acceptable range of O.D.**
S1	0	0.012	
S2	0.5	0.058	
S3	2.5	1.166	>0.700
S4	5.0	0.337	
S5	10.0	0.840	>0.500
S6	20.0	1.626	
S7	40.0	2.515	>1.510

Approved / Not Approved

Quality Control

Signature

Date 20/01/2022