J.MITRA & CO. PVT. LTD.

T3 QUANTI MICROLISA

QC DATA SHEET

Kit	**T3 QUANTI MICROLISA**
Lot No.	ETA010322
Mfg. Date	2022-03
Expiry. Date	2023-08

Standard	Concentration (ng/ml)	Avg. O.D. at 450/630 nm	Acceptable range of O.D.
S1	0	2.552	>1.530
S2	0.5	2.105	
S3	1.0	1.595	>0.960
S4	2.5	0.934	
S5	5.0	0.607	>0.360
S6	7.5	0.330	

Approved / ~~Not Approved~~
Quality Control

Signature
Date 11/03/2022