J.MITRA & CO. PVT. LTD.

TSH QUANTI MICROLISA

QC DATA SHEET

Kit	**TSH QUANTI MICROLISA**
Lot No.	ETH020322
Mfg. Date	2022-03
Expiry. Date	2024-02

Standard	Concentration (µIU/ml)	Avg. O.D. at 450/630 nm	Acceptable range of O.D.
S1	0	0.011	
S2	0.5	0.065	
S3	2.5	0.232	>0.140
S4	5.0	0.443	
S5	10.0	1.129	>0.680
S6	20.0	1.616	
S7	40.0	2.712	>1.630

Approved / Not Approved

Quality Control

Signature

Date 30/03/2022