J.MITRA & CO. PVT. LTD.

TSH QUANTI MICROLISA

QC DATA SHEET

Kit	**TSH QUANTI MICROLISA**
Lot No.	ETH030422
Mfg. Date	2022-04
Expiry. Date	2024-03

Standard	**Concentration (µIU/ml)**	**Avg. O.D. at 450/630 nm**	**Acceptable range of O.D.**
S1	0	0.020	
S2	0.5	0.080	
S3	2.5	0.256	>0.150
S4	5.0	0.563	
S5	10.0	1.152	>0.690
S6	20.0	2.162	
S7	40.0	2.735	>1.640

Approved / Not Approved

Quality Control



Signature

Date 27/04/2022