J.MITRA & CO. PVT. LTD.

T4 QUANTI MICROLISA

QC DATA SHEET

Kit	**T4 QUANTI MICROLISA**
Lot No.	ETB020722
Mfg. Date	2022-07
Expiry. Date	2023-12

Standard	Concentration (µg/dl)	Avg. O.D. at 450/630 nm	Acceptable range of O.D.
S1	0	2.581	>1.550
S2	2.0	1.945	>1.170
S3	5.0	1.475	
S4	10.0	0.719	>0.430
S5	15.0	0.486	
S6	25.0	0.312	

Approved / ~~Not Approved~~

Quality Control

Signature

Date 22-07-2022