J.MITRA & CO. PVT. LTD.

TSH QUANTI MICROLISA

QC DATA SHEET

Kit	**TSH QUANTI MICROLISA**
Lot No.	ETH061022
Mfg. Date	2022-10
Expiry. Date	2024-09

Standard	Concentration (µIU/ml)	Avg. O.D. at 450/630 nm	Acceptable range of O.D.
S1	0	0.013	
S2	0.5	0.083	
S3	2.5	0.220	>0.130
S4	5.0	0.549	
S5	10.0	1.152	>0.690
S6	20.0	2.025	
S7	40.0	2.707	>1.620

Approved / ~~Not Approved~~

Quality Control

Signature

Date 18/10/2022