J.MITRA & CO. PVT. LTD.

T4 QUANTI MICROLISA

QC DATA SHEET

Kit	**T4 QUANTI MICROLISA**
Lot No.	ETB031122
Mfg. Date	2022-11
Expiry. Date	2024-04

Standard	Concentration (µg/dl)	Avg. O.D. at 450/630 nm	Acceptable range of O.D.
S1	0	2.857	>1.710
S2	2.0	2.093	>1.260
S3	5.0	1.487	
S4	10.0	0.860	>0.520
S5	15.0	0.439	
S6	25.0	0.260	

Approved / Not Approved

Quality Control

Signature

Date 23-11-2022