J.MITRA & CO. PVT. LTD.

PCT QUANTI MICROLISA

QC DATA SHEET

Kit	PCT QUANTI MICROLISA
Lot No.	EPT010223
Mfg. Date	2023-02
Expiry. Date	2024-07

Standard	Concentration (ng/ml)	Avg. O.D. at 450/630 nm	Acceptable range
S1	0.0	0.010	
S2	0.5	0.066	>0.040
S3	1.0	0.185	
S4	2.5	0.437	>0.260
S5	10.0	1.294	
S6	25.0	2.458	>1.470

Approved / ~~Not Approved~~

Signature

Date 04/02/2023