J.MITRA & CO. PVT. LTD.

TSH QUANTI MICROLISA

QC DATA SHEET

Kit	**TSH QUANTI MICROLISA**
Lot No.	ETH010223
Mfg. Date	2023-02
Expiry. Date	2025-01

Standard	Concentration (µIU/ml)	Avg. O.D. at 450/630 nm	Acceptable range of O.D.
S1	0	0.011	
S2	0.5	0.087	
S3	2.5	0.252	>0.150
S4	5.0	0.534	
S5	10.0	1.275	>0.760
S6	20.0	2.144	
S7	40.0	2.733	>1.640

Approved / Not Approved

Quality Control

Signature

Date 23/02/2023