J.MITRA & CO. PVT. LTD.

T4 QUANTI MICROLISA

QC DATA SHEET

Kit	**T4 QUANTI MICROLISA**
Lot No.	ETB010323
Mfg. Date	2023-03
Expiry. Date	2024-08

Standard	Concentration (µg/dl)	Avg. O.D. at 450/630 nm	Acceptable range of O.D.
S1	0	2.794	>1.680
S2	2.0	2.050	>1.230
S3	5.0	1.437	
S4	10.0	0.761	>0.460
S5	15.0	0.422	
S6	25.0	0.321	

Approved / ~~Not Approved~~

Quality Control

Signature

Date 20-03-2023