J.MITRA & CO. PVT. LTD.

TSH QUANTI MICROLISA

QC DATA SHEET

Kit	**TSH QUANTI MICROLISA**
Lot No.	ETH020423
Mfg. Date	2023-04
Expiry. Date	2025-03

Standard	Concentration (µIU/ml)	Avg. O.D. at 450/630 nm	Acceptable range of O.D.
S1	0	0.015	
S2	0.5	0.074	
S3	2.5	0.223	>0.130
S4	5.0	0.480	
S5	10.0	1.157	>0.690
S6	20.0	2.025	
S7	40.0	2.812	>1.690

Approved / Not Approved

Quality Control

Signature

Date 19/04/2023