J.MITRA & CO. PVT. LTD.

T3 QUANTI MICROLISA

QC DATA SHEET

Kit	**T3 QUANTI MICROLISA**
Lot No.	ETA020623
Mfg. Date	2023-06
Expiry. Date	2024-11

Standard	Concentration (ng/ml)	Avg. O.D. at 450/630 nm	Acceptable range of O.D.
S1	0	2.356	>1.410
S2	0.5	2.128	
S3	1.0	1.596	>0.960
S4	2.5	0.905	
S5	5.0	0.641	>0.380
S6	7.5	0.325	

Approved / Not Approved
Quality Control

Signature
Date 01-07-2023