J.MITRA & CO. PVT. LTD.

TSH QUANTI MICROLISA

QC DATA SHEET

Kit	**TSH QUANTI MICROLISA**
Lot No.	ETH030723
Mfg. Date	2023-07
Expiry Date	2025-06

Standard	Concentration (µIU/ml)	Avg. O.D. at 450/630 nm	Acceptable range of O.D.
S1	0	0.011	
S2	0.5	0.095	
S3	2.5	0.265	>0.160
S4	5.0	0.579	
S5	10.0	1.118	>0.670
S6	20.0	1.740	
S7	40.0	2.749	>1.650

Approved / Not Approved

Quality Control

Signature

Date 17/07/2023