J.MITRA & CO. PVT. LTD.

T4 QUANTI MICROLISA

QC DATA SHEET

Kit	**T4 QUANTI MICROLISA**
Lot No.	ETB020723
Mfg. Date	2023-07
Expiry. Date	2024-12

Standard	Concentration (µg/dl)	Avg. O.D. at 450/630 nm	Acceptable range of O.D.
S1	0	2.860	>1.720
S2	2.0	2.354	>1.410
S3	5.0	1.727	
S4	10.0	0.912	>0.550
S5	15.0	0.589	
S6	25.0	0.355	

Approved / Not Approved

Quality Control

Signature

Date 22-07-2023