J.MITRA & CO. PVT. LTD.

TSH QUANTI MICROLISA

QC DATA SHEET

Kit	**TSH QUANTI MICROLISA**
Lot No.	ETH040823
Mfg. Date	2023-08
Expiry Date	2025-07

Standard	**Concentration (µIU/ml)**	**Avg. O.D. at 450/630 nm**	**Acceptable range of O.D.**
S1	0	0.012	
S2	0.5	0.083	
S3	2.5	0.236	>0.140
S4	5.0	0.533	
S5	10.0	1.113	>0.670
S6	20.0	1.840	
S7	40.0	2.764	>1.660

Approved / Not Approved

Quality Control

Signature

Date 05/09/2023