J.MITRA & CO. PVT. LTD.

T3 QUANTI MICROLISA

QC DATA SHEET

Kit	**T3 QUANTI MICROLISA**
Lot No.	ETA020624
Mfg. Date	2024-06
Expiry. Date	2025-11

Standard	Concentration (ng/ml)	Avg. O.D. at 450/630 nm	Acceptable range of O.D.
S1	0	2.456	>1.470
S2	0.5	1.834	
S3	1.0	1.490	>0.890
S4	2.5	0.838	
S5	5.0	0.486	>0.290
S6	7.5	0.212	

Approved / ~~Not Approved~~
Quality Control

Signature
Date : 28-06-2024