J.MITRA & CO. PVT. LTD.

T3 QUANTI MICROLISA

QC DATA SHEET

Kit	**T3 QUANTI MICROLISA**
Lot No.	ETA031024
Mfg. Date	2024-10
Expiry. Date	2026-03

Standard	Concentration (ng/ml)	Avg. O.D. at 450/630 nm	Acceptable range of O.D.
S1	0	2.505	>1.500
S2	0.5	1.935	
S3	1.0	1.522	>0.910
S4	2.5	0.849	
S5	5.0	0.583	>0.350
S6	7.5	0.282	

Approved / ~~Not Approved~~
Quality Control



Signature
Date : 18-10-2024